



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŻNY w Warszawie

Warszawa, dn. 08.11.2018 r.

DZP/ 77/11/2018

Do wszystkich zainteresowanych

**dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/18AM/10/2018 na dostawę aparatury i sprzętu medycznego.**

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytań udzielam następujących wyjaśnień:

*Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2*

*Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EEG z 39 kanałową głowicą wzmacniaczy biologicznych? Głowica ta rejestruje dane z 32 kanałów referencyjnych używanych do zapisu sygnału EEG, a ponadto dane z dodatkowych 7 kanałów danych. Jest ona znacznie tańsza od oferowanych przez nas głowic rejestrujących więcej kanałów.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza aparatu o w/w parametrach.

Z poważaniem,

Magdalena Wolszczak

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

**UWAGA:**

Treść i pisownia pytań jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez zainteresowane firmy wyżej wymienionym przetargiem nieograniczonym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści pytań.